

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ, ВРШАЦ  
БРОЈ: 01-564/7  
ДАНА: 25.04.2019. године  
В р ш а ц

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара:  
Медицинска опрема ( бр. 05/2019 )

У вези захтева за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара: Медицинска опрема за Партију 4. Анестезиолошка радна станица са комплетним хемодинамским мониторингом- комада 2 ( бр.ЈН 05/2019 ), наручилац доставља следеће појашњење:

Питање: „Будући да и сами кажете да сте водили рачуна да набавка буде у складу са законом, као и да дефинисане техничке карактеристике ни на који начин не дају предност само једном понуђачу, претпостављамо да сте пре расписивања набавке испитали тржиште и на тај начин утврдили који све понуђачи могу да учествују на овој јавној набавци, као и који модели апарата за анестезију и пацијент монитора испуњавају ову техничку спецификацију.

Наравно да Ви нисте у обавези да **сваком заинтересованом понуђачу** омогућите учествовање у поступку јавне набавке, али нас занима **који то још понуђачи постоје а да могу да испуне ову техничку спецификацију?** На пример : који још модели апарата за анестезију, а да нису од произвођача Дрегер, поседују електрично погоњен вентилатор ?

Ми тврдимо да ову техничку спецификацију може да испуни само произвођач Дрегер са моделима Fabius Plus и Vista 120, а Ви нас разуверите тако што ћете да наведете друге произвођаче и моделе који такође испуњавају ову техничку спецификацију.

Молимо Вас да на ово питање одговорите јасно и недвосмислено, наводећи тачне моделе, а не да се позивате на чланове закона које свесно кршите.“

Одговор: Сходно члану 9. Закона о јавним набавкама, а који се односи на начело ефикасности и економичности:

“Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.

Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.”

Циљ сваког наручиоца приликом покретања јавне набавке је да при набавци одређеног добра постиже највећу вредност за новац којим располаже.

Према сазнањима наручиоца више реномираних , светских произвођача, као и овлашћених понуђача који послују на територији Републике Србије, може да испуни описану техничку спецификацију. У прилог томе говори чињеница да је наручилац примио захтев за изменом минималних техничких карактеристика од само једног потенцијалног понуђача, док сви остали потенцијали понуђачи нису имали примедби на дефинисане минималне техничке карактеристике.

Напомињемо да је наручилац дефинисао минималне техничке карактеристике вођен искључиво својим објективним потребама које су неопходне како би се пацијентима пружила најбоља нега. Конкурсном документацијом је дефинисано: «Понуде чије су техничке карактеристике једнаке захтеваним или боље од њих, сматраће се одговарајућим». С тога се позивају заинтересована лица да понуде добра са техничким карактеристикама које су изнад минимално дефинисаних конкурсном документацијом или најмање иста.

Такође позивамо и заинтересованог понуђача који је поставио питања да нам образложи техничке перформанске апарата које нуди и да ли добро које нуди заинтересовани понуђач, испуњава минималне техничке карактеристике.

Најчешћи начин вентилације који се користи током анестезије је вентилација под контролом волумена где лекар поставља специфични тидални волумен који се доставља пацијенту.

Дизајн електрично погоњених вентилатора је јединствено погодан за испоруку прецизно подешеног тидалног волумена. Пошто је површина вентилатор фиксна, волумен испоручен је директно повезан на линеарно кретање вентилатора. Када се користи вентилатор који није електрично погоњен, кретање балона се контролише погонским гасом који улази у мех, комору и гура коло гаса у круг дисања па затим у пацијента што није довољно прецизан начин испоруке тидалног волумена пацијенту.

Прецизност испоруке тидалног волумена пацијенту је најбитнија карактеристика сваког апарата за анестезију и из свега горе наведеног за наручиоца је неопходно да добије апарат који има прецизну испоруку тидалног волумена.

Чланом 70. став 1. ЗЈН подразумева да техничке спецификације морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. Иако наручилац има законску обавезу да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију ( члан 10. став 1 ЗЈН ), он са друге стране сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба које дефинише кроз захтеве који одговарају таквим потребама, водећи притом рачуна о сврси јавне набавке и о квалитету добара која су предмет јавне набавке. Такође, наручилац своју објективну потребу коју има за добром одређених карактеристика исказану кроз захтеве у техничкој спецификацији, мора учинити извесном, како би свим заинтересованим лицима било јасно шта треба понудити. Подносилац захтева кроз захтев за појашњење изражава сумњу ограничења конкуренције, али сама чињеница да одређени понуђач, а подносилац захтева тврди да ниједан потенцијални понуђач, не може да испуни одређени захтев техничке спецификације, сама по себи не значи дискриминацију и како тврди « свесно кршење закона од стране наручиоца».

Чланом 71. став1. ЗЈН дефинисано је: „Техничке спецификације и пројектна документација, у смислу овог закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара услуга или радова. Оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца».

Чланом 72. став 1. тачка 2) дефинисано је: „Наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих начина: 2) у виду карактеристика или функционалних захтева, који могу укључивати и еколошке карактеристике и захтеве у погледу енергетске ефикасности и који морају бити довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме

одговарајуће понуде, а наручиоци да набаве добра, услуге или радове који су у складу са њиховим објективним потребама;“.

Поново наглашавамо да подносилац Захтева, као потенцијални понуђач није указао на који начин захтеване карактеристике је могуће задовољити на неки други начин а да се пацијентима пружи иста или боља нега. Потенцијални понуђач је приликом захтева за додатна појашњења доставио предлог комплетне техничке спецификације, није поставио конкретно питање да ли се уместо техничке карактеристике из тачке ( пример 1....5. или 8....), може прихватити предложена техничка карактеристика. Наручилац позива подносиоца захтева потенцијалног понуђача да конкретно дефинише захтеве за изменом техничке спецификације по тачкама из техничке спецификације конкурсне документације за партију 4.

Наручилац кроз техничке карактеристике изражава своје потребе које добро које је предмет јавне набавке мора да задовољи, да су карактеристике дефинисане у складу са ЗЈН, тако да не могу неоправдано и намерно елиминисати неког од заинтересованих понуђача. Наручилац има дужност и обавезу према својим пацијентима да им пружи одговарајућу негу и што бољу услугу, а такође и одговорност као здравствена установа да покрије што већи спектар могућих случајева које треба да лечи.

Захтев потенцијалног понуђача потребно је допунити стручним објашњењима својих захтева за изменама по ставкама техничких карактеристика, како би наручилац могао да их разматра, пружи адекватан одговор и евентуално прихватити и извршити измене техничке спецификације. Наручилац је дужан да исте размотри и да да појашњења. Тврдња подносиоца захтева да само један модел апарата може да испуни тражене карактеристике није аргументована, јер је испитивањем тржишта утврђено да постоје апарати који могу да задовоље објективне потребе наручиоца, а које су дефинисане кроз минималне техничке карактеристике. Није могуће наћи актуелне техничке карактеристике свих апарата за анестезију, јер свакодневно излазе нове хардверско софтверске промене и ретко који произвођач јавно објављује информације о свим техничким карактеристикама, те је нејасна примедба подносиоца захтева и сазнање да ни један апарат за анестезију не испуњава захтеване техничке карактеристике.



За Наручиоца  
Општа болница Вршац  
Комисија за јавну набавку